

PYTANIE Z 15.11.2017 r. I UDZIELONA ODPOWIEDŹ

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU DO REHABILITACJI DLA POTRZEB SP ZOZ SANATORIUM
UZDROWISKOWEGO MSWiA „AGAT” W JELENIEJ GÓRZE

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania defibrylatora:

Primedice HeartSave AED to przenośny nowoczesny dwufazowy, defibrylator oparty na technologii CCD (Current Controlled Defibrillation) gwarantujący bezpieczeństwo użytkowania, dzięki utrzymywaniu natężenia prądu na stałym niskim poziomie i dostosowaniu czasu trwania impulsu.

Defibrylatory z grupy Heartsave przeznaczone są dla miejsc publicznych, firm, budynków użyteczności publicznej, szkół, restauracji, obiektów sportowych, użytkowników domowych, domów opieki itp. Defibrylator odporny na wstrząsy i zabrudzenia.

Dzięki swej budowie urządzenie jest w zasadzie bezobsługowe, codzienne „autotesty” (system auto-kontrol) informują nas o stanie urządzenia a samo włączenie się jest automatyczne po otwarciu pokrywy urządzenia.

Parametry techniczne

Energia 140 - 360 J w technologii Biphasic

6 letnia nieładowna bateria zapewniająca do 200 wyładowań, ze wskaźnikiem aktualnego poziomu energii

Elektrody wstępnie podłączone z 3 letnim terminem przydatności, w kpl. z maszynką, nożyczkami, rękawiczkami, maseczką do RKO

4 języki obsługi do wyboru (Polski, Angielski, Czeski, Węgierski)

Dołączona karta pamięci pozwala na przechowywanie danych oraz ich weryfikację poprzez załączone oprogramowanie ECG Viewer

Obudowa z wysokiej jakości tworzyw zapewnia wytrzymałość na upadek z 1m. Klasa bezpieczeństwa /stopień ochrony IP55

Przycisk „PEDIATRYCZNY”- pozwalający na użycie elektrod standardowych tj. dla dorosłych do defibrylacji dziecka poprzez redukcję energii.

Nowy port elektrod- pozwala na użycie „wstępnie” podłączonych elektrod w standardzie.

PARAMETRY TECHNICZNE:

DEFIBRYLACJA:

rodzaj impulsu: dwufazowy

energia: 140 360J

czas ładowania:

czas analizy: 7-12 s

próg zatrzymania serca:

detekcja VF/VT: TAK

detekcja rozrusznika serca: TAK

EKG:

metoda: Eindhoven II

oporność pacjenta: 23-200 Ohm

częstość akcji serca: 30-300 uderzeń/min

ELEKTRODY:

elektrody przylepne

przydatność: 36 miesięcy

długość kabla: od 1.3 do 2,0 m w zależności od modelu

aktywna powierzchnia elektrod: 174 cm²

warunki przechowywania: od 0 do 50 stopni C

PRZECHOWYWANIE DANYCH:

pamięć przenośna: karta CF 2 GB przechowująca dane pacjenta oraz zapis głosowy
oprogramowanie PC

ZASILANIE:

bateria: LiMnO₂, 15V, 2,8Ah,

żywołność: do 6 lat (ilość wyładowań do 200 @360J)

WARUNKI OTOCZENIA:

warunki pracy: od 0 do 50 stopni C (wilgotność 30-95% z kondensacją, 700-1060 hPa)

warunki przechowywania: od -20 do +70 stopni C (wilgotność 30-95% z kondensacją, 500-1060 hPa)

klasa bezpieczeństwa IP55

ALGORYTM POSTĘPOWANIA:

AHA lub ERC 2010 (do wyboru przy składaniu zamówienia)

STANDARDY:

EN1789:2003

Skład wyposażenia

Urządzenie Heartsave AED, Bateria, 1 para elektrod wraz z maseczką do RKO, maszynką do golenia oraz rękawiczkami, 1 karta pamięci, oprogramowanie EKG viewer.

Wymiary

wys. x szer x gł. : 25 x 28 x 9 cm

waga z baterią: około 2.5kg

wyposażenie dodatkowe:

torba transportowa, szafka ścienna wyposażona w sygnał alarmowy i świetlny, tabliczki kierunkowe, tablica informacyjna AED, algorytm postępowania z AED.

Odpowiedź:

TAK. Sprzęt, którego dotyczy pytanie spełnia warunki brzegowe podane w punkcie VI. Specyfikacji asortymentu- Załącznik nr 5 do SIWZ.

W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie, które nie dotyczy udzielenia wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579) Zamawiający nie wprowadza zmiany w terminie składania ofert i terminie ich otwarcia .

D Y R E K T O R
SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSWiA „AGAT”
w Jeleniej Górze
/-/ Piotr Świniarski