

# SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSWiA „AGAT” w Jeleniej Górze



NIP: 611-22-23-263 REGON:  
KONTO:  
BGK Oddział we Wrocławiu  
55 1130 1033 0018 8182 1920 0004

58-560 Jelenia Góra, ul. Cervi 14  
tel. (+4875) 75 520 64 do 68  
tel./fax. (+4875) 75 510 93  
e-mail: [sekretariat@sanatorium-agat.pl](mailto:sekretariat@sanatorium-agat.pl)  
[www.sanatorium-agat.pl](http://www.sanatorium-agat.pl)  
Dział Marketingu:  
e-mail: [marketing@sanatorium-agat.pl](mailto:marketing@sanatorium-agat.pl)

Jelenia Góra, 21.12.2023 r.

## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH ZPL SP ZOZ SANATORIUM UZDRAWISKOWEGO MSWiA "AGAT" W JELENIEJ GÓRZE.

### I. WPROWADZENIE

SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSWiA "AGAT" w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty na

- Obsługę serwisową i konserwację urządzeń medycznych w Dziale ZPL
- Przeglądów i pomiarów rocznych urządzeń elektrycznych w Dziale ZPL w ilości do 150 aparatów)

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem wewnętrznym SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego MSWiA w Jeleniej Górze w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r.

### II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSWiA "AGAT" ul. Cervi 14 Jelenia Góra.

### III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Obsługa serwisowa w zakresie konserwacji oraz przeglądów aparatów wymienionych w załączniku nr 3 stanowiącym integralną część zapytania, które obejmują naprawy oraz konserwacje bieżące, do których należą czynności wymienione poniżej:

a) raz w miesiącu:

- sprawdzenie parametrów bezpieczeństwa urządzeń,
- sprawdzenie i regulacja parametrów pracy,
- sprawdzenie obwodów zewnętrznych i usunięcie przerw w obwodach,
- oczyszczenie z zanieczyszczeń i korozji wewnętrznych elementów aparatów i elektrod
- sprawdzenie szczelności połączeń rurowych i dławic zaworów a w razie potrzeby usunięcie nieszczelności
- czyszczenie dysz wanien do balneoterapii
- naprawy mechaniczne urządzeń do kinezyterapii

2. Wykonywanie raz w roku zgodnie z harmonogramem przeglądów i pomiarów elektrycznych bezpieczeństwa urządzeń medycznych.

3. Obsługa serwisowa nie obejmuje napraw głównych wymienionych aparatów i części

niezbędnych do wykonania napraw lub konserwacji. Usługi te będą wykonywane na podstawie jednorazowych zleceń napraw. Podstawą wykonania usługi będzie zlecenie telefoniczne.

## V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

**Oferta ostateczna powinna zawierać:**

- wzór formularza - załącznik nr 1
- wzór umowy - załącznik nr 2
- wykaz urządzeń – załącznik nr 3

## VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.12.2023r. do godz: 10:00 osobiście w siedzibie Zamawiającego lub na adres email:sekretariat@sanatorium-agat.pl

tel. 75/75 52064, fax. 75/75 51093

Z poważaniem:

  
**DYREKTOR**  
SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego MSWiA „AGAT”  
w Jeleniej Górze  
*Angelika Świtalska*